HR

MEDICAL DIRECT

TOALETNA I TUŠ KOLICA





UPUTE ZA KORIŠTENJE

SKU: RS940 i RS941

1. ŠIFRE
RS940 Toaletna i tuš kolica
RS941 Vodootporna invalidska toaletna i tuš kolica

2. UVOD
Hvala vam što ste kupili proizvod iz asortimana MOPEDIA za kupaonicu, tvrtke Moretti S.p.A. Ovaj korisnički priručnik sadrži upute za pravilnu uporabu odabranog proizvoda, kao i korisne savjete za vašu sigurnost. Molimo vas da prije uporabe proizvoda pažljivo pročitate priručnik. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavaču radi savjeta i pomoći. U slučaju nedoumica, preporučujemo da kontaktirate prodavača koji će vam moći pružiti potrebnu pomoć i savjete.

NAPOMENA: Prije uporabe provjerite ima li na proizvodu oštećenja nastalih tijekom transporta te ga isprobajte. Ako uočite oštećenje, nemojte koristiti proizvod. Za daljnje upute obratite se svom prodavaču.

3. NAMJENA
Stolica za tuširanje MOPEDIA namijenjena je osobama s poteškoćama u kretanju te se može koristiti u zatvorenom prostoru kao zamjena za toalet ili kao pomagalo pri tuširanju.

OPREZ!
• Ne koristite ovaj uređaj u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku.
• Tvrtka Moretti S.p.A. ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom uređaja ili uporabom koja odstupa od one opisane u ovom priručniku.
• Zadržavamo pravo na izmjene uređaja i ovog priručnika bez prethodne najave, u svrhu poboljšanja karakteristika.

4. IZJAVA O SUKLADNOSTI
Moretti S.p.A. izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, da je proizvod koji proizvodi i stavlja u promet tvrtka Moretti S.p.A., a koji pripada skupini ŠTAPOVA ZA HODANJE, u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2017/745 o MEDICINSKIM PROIZVODIMA od 5. travnja 2017.
U tu svrhu, Moretti S.p.A. jamči i izjavljuje, pod svojom isključivom odgovornošću, sljedeće:
1. Proizvodi udovoljavaju zahtjevima opće sigurnosti i učinkovitosti propisanim u Prilogu I. Uredbe 2017/745, u skladu s odredbama Priloga IV. navedene Uredbe.
2. Proizvodi NISU MJERNI INSTRUMENTI.
3. Proizvodi NISU NAMIJENJENI ZA KLINIČKA ISPITIVANJA.
4. Proizvodi su pakirani u NESTERILNA PAKIRANJA.
5. Proizvodi pripadaju I. klasi sukladno odredbama Priloga VIII. navedene Uredbe 2017/745.
6. Moretti S.p.A. stavlja na raspolaganje nadležnim tijelima tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s Uredbom 2017/745, i to u razdoblju od najmanje 10 godina od proizvodnje posljednje serije.

Napomena: Potpuni kodovi proizvoda, registracijski broj proizvođača (SRN), UDI-DI kod te sve reference na primjenjive propise navedeni su u EU izjavi o sukladnosti koju tvrtka Moretti S.p.A. izdaje i stavlja na raspolaganje putem svojih kanala.


5. OPĆA UPOZORENJA
UPOZORENJA!
Uvijek obratite posebnu pozornost na prisutnost pokretnih dijelova koji bi mogli uzrokovati zaglavljivanje i ozljede udova.

Prije uporabe uređaja pažljivo PROČITAJTE cijeli priručnik.
• Provjerite je li proizvod isporučen u potpunosti te ga čuvajte zapakiranog, dalje od izvora topline.
• Preporučujemo uporabu isključivo za jednog pacijenta.
• Uređaj se mora dezinficirati prije svake ponovne uporabe.
• VIJEK TRAJANJA: Ograničenje uporabe uređaja određeno je istrošenošću dijelova koji se ne mogu popraviti ili zamijeniti. Vijek trajanja ni u kojem slučaju ne može biti dulji od 10 godina.
• NE dajte djeci da se igraju uređajem ili njime rukuju.
• Korisnik i/ili pacijent dužni su prijaviti svaki ozbiljan štetni događaj povezan s uređajem proizvođaču i nadležnom tijelu države gdje se korisnik i/ili pacijent nalazi.

6. SASTAVLJANJE/RASTAVLJANJE

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Kako biste sastavili sjedalo, umetnite cijevi u otvore na stražnjoj strani sjedala (Slika 1). Podesivi oslonci za stopala moraju se pričvrstiti na vanjsku stranu sjedala pomoću klinova (Slika 2).
Pazite da koristite odgovarajući oslonac za stopala i imajte na umu da oslonci moraju biti okrenuti prema unutra.
Prilikom pričvršćivanja oslonaca za stopala, provjerite je li poluga za zaključavanje dobro učvršćena prema unutrašnjosti stolice. Umetnite WC posudu sa stražnje strane stolice koristeći vodilice (Slika 3).

6.1 Podešavanje oslonaca za stopala
Oslonci za stopala na stolici za tuširanje mogu se prilagoditi različitim potrebama. Pritisnite kopču za zaključavanje na osloncu za stopala (Slika 4) na visini

od najmanje 6,5 cm od poda. Provjerite jesu li oba oslonca za stopala postavljena na istu visinu.

7. KAKO KORISTITI

7.1 Kako koristiti

Za upravljanje kolicima koristite isključivo stražnje ručke; ne oslanjajte se na druge dijelove konstrukcije. Prije pokušaja uspona uz rampu, procijenite vlastite sposobnosti i ograničenja u pogledu snage i izdržljivosti. Vi i vaša pratnja trebali biste se prethodno posavjetovati sa stručnom osobom o pravilnim tehnikama svladavanja rampi. Preporučuje se pomoć pri usponu ili spuštanju na nagibima većim od 10 %. Ako se morate zaustaviti na nagibu, izbjegavajte nagle pokrete prema naprijed prilikom ponovnog pokretanja kolica. Ako želite podići kolica, uhvatite ih isključivo za stražnje ručke i okvir.

7.2 Kočnice

RS940


Fig.5

Aktivirajte kočnice na oba kotača prije sjedanja u kolica, ustajanja iz njih, naginjanja prema naprijed dok sjedite u njima, kao i tijekom prijevoza dizalom ili platformom za invalidska kolica. Kod modela s malim kotačima gurnite polugu na svakom kotaču (slika 5), a kod ostalih modela podignite polugu kako biste aktivirali kočnicu. Poluga kočnice mora čvrsto pritisnuti kotač. Po potrebi provjerite pritisak kotačića. Ako je potrebno, namjestite labavu maticu, a zatim je dobro zategnite.

RS941


Fig.5

Aktivirajte kočnice na oba kotača prije sjedanja u kolica, ustajanja iz njih, naginjanja prema naprijed dok sjedite u njima, kao i tijekom prijevoza dizalom ili platformom za invalidska kolica. Kod modela s malim kotačima gurnite polugu na svakom kotaču (slika 5), a kod ostalih modela podignite polugu kako biste aktivirali kočnicu. Poluga kočnice mora čvrsto pritisnuti kotač. Po potrebi provjerite pritisak kotačića. Ako je potrebno, namjestite labavu maticu, a zatim je dobro zategnite.

7.3 Kotačići

RS940

Kotačiće treba povremeno pregledati i, prema potrebi, podmazati.
Ako kotačić klima, lagano pritegnite maticu na njegovom nosaču. Kako biste provjerili je li zategnutost odgovarajuća, nagnite kolica na jednu stranu i zavrtite podešeni kotačić.

RS941

Kotačiće treba povremeno pregledati i, prema potrebi, podmazati.
Također je potrebno povremeno provjeravati velike stražnje kotače; oni ne smiju imati nikakav zazor (klimanje). Ako kotač klima, lagano pritegnite maticu na njegovom nosaču. Kako biste provjerili je li zategnutost odgovarajuća, nagnite kolica na jednu stranu i zavrtite podešeni kotač.

7.4 Nasloni za ruke

Kako bi se olakšao transport invalidskih kolica, nasloni za ruke mogu se ukloniti ili preklopiti. Nikada ih ne koristite za pomicanje ili podizanje kolica.

7.5 WC


Fig.6

Koristite toalet dok su invalidska kolica nepomična. Kako biste koristili toalet, izvadite uklonjivi dio sjedala služeći se ručkom na prednjem dijelu. Izvadite toaletnu posudu pomoću ručke (Slika 6).

8. ČIŠĆENJE

8.1 Čišćenje

Za uklanjanje prašine koristite samo vlažnu krpu, a za tvrdokorniju prljavštinu koristite vlažnu krpu s blagim sapunom. Prije upotrebe temeljito osušite. Nikada ne koristite vodu temperature iznad 30°C. Nikada ne koristite mlaz vode ili perilicu rublja na paru.

UPOZORENJE!
Prilikom čišćenja nemojte koristiti abrazivne tvari, kiseline, alkohol, sredstva za čišćenje na bazi klora, dezinficijense i aceton, jer te tvari uzrokuju abraziju plastičnih površina i hrđanje metalnih površina.

8.2 Dezinfekcija

Ako trebate dezinficirati proizvod, koristite uobičajeno sredstvo za dezinfekciju.

UPOZORENJE!
Nikada ne koristite kiseline, lužine ili otapala poput acetona

9. JAMSTVO

Moretti proizvodi imaju jamstvo od grešaka u materijalu ili proizvodnji 2 godine od datuma kupnje, osim mogućih izuzeća ili ograničenja kako slijedi. Jamstvo se ne odnosi na moguća oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom, zlouporabom ili preinakama, a jamstvo neće biti valjano ako se upute za uporabu ne pridržavaju strogo. Ispravna namjena navedena je u ovom priručniku. Moretti nije odgovoran za posljedičnu štetu, tjelesne ozljede ili bilo što uzrokovano ili u vezi s pogrešnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom. Moretti jamstvo ne pokriva štete nastale uslijed: prirodne katastrofe, neovlaštenog održavanja ili popravaka, kvarova uzrokovanih problemima s opskrbom električnom energijom (kada je to potrebno), korištenja rezervnih dijelova koje ne pokriva Moretti, nepravilne uporabe, neovlaštenih preinaka, oštećenja prilikom dostave (razlikuje se od originalne Moretti pošiljke) ili u slučaju nedovoljnog održavanja kako je navedeno u priručniku. Jamstvo ne pokriva komponente podložne habanju tijekom ispravne upotrebe uređaja.

10. POPRAVCI

10.1 Popravak u jamstvu

Jamstveni popravci: U slučaju da se na proizvodu marke Moretti tijekom jamstvenog roka pojavi kvar uzrokovan nedostatkom u materijalu ili greškom u proizvodnji, tvrtka Moretti provjerit će s kupcem je li taj kvar pokriven jamstvom. Moretti, prema vlastitoj procjeni, može popraviti ili zamijeniti proizvod pod jamstvom, bilo kod ovlaštenog distributera ili u prostorima tvrtke Moretti. Trošak rada za popravak snosi tvrtka Moretti ako je popravak pokriven jamstvom. Popravak ili zamjena ne dovode do obnove niti produljenja jamstvenog roka.

Popravci koji nisu pokriveni jamstvom: Proizvod koji nije pokriven jamstvom može se poslati na popravak isključivo uz prethodno odobrenje korisničke službe tvrtke Moretti. Troškove rada i dostave za popravke koji nisu pokriveni jamstvom u potpunosti snosi kupac ili distributer. Na popravke proizvoda koji nisu pokriveni jamstvom daje se jamstvo u trajanju od šest (6) mjeseci, računajući od datuma primitka popravljenog proizvoda.

Uređaji bez nedostataka: Ako nakon pregleda i testiranja vraćenog proizvoda tvrtka Moretti utvrdi da proizvod nije neispravan, o tome će obavijestiti kupca. U tom slučaju proizvod će biti vraćen kupcu, a sve troškove dostave snosi kupac.

10.2 Popravak izvan jamstva

Za originalne rezervne dijelove Moretti vrijedi jamstvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci od datuma primitka.

10.3 Proizvod bez nedostataka

Osim ako nije izričito navedeno u ovom jamstvu i u skladu s važećim zakonskim propisima, Moretti ne daje nikakve izjave, jamstva ni uvjete, bilo izričite ili podrazumijevane, uključujući izjave, jamstva ili uvjete koji se odnose na tržišnu prikladnost, prikladnost za određenu namjenu, nekršenje prava trećih strana ili nesmetano korištenje. Moretti ne jamči da će korištenje proizvoda Moretti biti neprekinuto ili bez pogrešaka. Trajanje svih podrazumijevanih jamstava koja mogu biti propisana zakonom ograničeno je na razdoblje trajanja jamstva, u skladu s važećim zakonskim propisima. Neke države ne dopuštaju ograničenja trajanja podrazumijevanih jamstava niti isključenje ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete u vezi s potrošačkim proizvodima. U takvim državama ili zemljama određena odricanja i ograničenja navedena u ovom jamstvu možda se na vas neće primjenjivati. Ovo jamstvo podložno je promjenama bez prethodne obavijesti.